



دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مشهد

فرم ترجمان دانش

دانشکده پرستاری - مامایی شهید بهشتی رشت

عنوان طرح: بررسی میزان دقت دستگاه پایش برون ده ادراری در اندازه گیری میزان ادرار دفع شده در بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی درمانی پژوهشی دکتر حشمت رشت در سال ۱۴۰۰

مجری طرح و همکاران: دکتر محمدتقی مقدم نیا، عزت پارباد و دکتر سامان معروفی زاده. بنیامین علی محمدی

مخاطبان: مردم، ارائه دهندگان خدمات سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

مهمترین یافته ها و کاربرد آنها:

یافته ها نشان داد که پایش برون ده ادراری بیمار بستری در ICU، که از علائم حیاتی در زمینه عملکرد کلیوی به شمار می رود به عنوان یکی از استانداردهای نظارتی و مراقبتی مهم بالینی به دلایل مختلف به درستی اجرایی نمی شود و می تواند در روند تشخیص و درمان به موقع آسیب حاد کلیه اختلال ایجاد نماید. از طرفی با توجه به برتری دستگاه پایش برون ده ادراری از نظر دقت بر روش معمول، می توان از آن، حداقل در بخش های ویژه استفاده نمود. با توجه به نوآورانه بودن دستگاه پایش برون ده ادراری می توان جنبه های عملکردی آن را به عنوان محورهای آموزشی و پژوهشی مد نظر قرار داد. همچنین یافته های مطالعه می تواند زنگ خطر وجود ضعف در پایش برون ده ادراری بیماران در بخش های ویژه بیمارستان را در ذهن مدیران خدمات پرستاری فعال نموده تا در صدد بررسی علل و عوامل ساختاری، سخت افزاری و نرم افزاری در حیطه تبیین استانداردهای نظارتی و مراقبتی در بخش های بیمارستان گردند و اقدام به رفع موانع پیش رو و افزایش کیفیت ارائه خدمات پرستاری بالینی نمایند.

کلید واژه ها: جراحی قفسه سینه، دستگاه پایش برون ده ادرار، بخش مراقبت ویژه